

仕 様 書

- 1 委託業務名 高圧蒸気滅菌装置整備及び性能検査受検の立ち合い
- 2 施行期間 平成30年1月15日(月)
- 3 性能検査日時 平成30年1月16日(火) 午前9時から

4 施設の概要

- (1) 所在 宮城県栗原市瀬峰根岸55-2
- (2) 名称 宮城県立循環器・呼吸器病センター
- (3) 設備 高圧蒸気滅菌装置(ウドノ医機 SXIII-U6710-D)
有効期間:平成30年1月17日まで
検査証番号:548

5 施行目的

- (1) ボイラー及び圧力容器安全規則に基づく第一種圧力容器の性能検査受検前の整備
- (2) 性能検査の立ち合い

6 点検整備仕様

(1) 受検前整備について

受託者はボイラー及び圧力容器の性能検査に合格するために、1月15日(月)に同容器を分解・清掃・整備をし、合格するために必要な部品を交換すること。その際、下記の部品については必ず交換することとし、見積金額に含めること。また、下記の部品以外に交換が必要になった場合には、交換前に担当者と協議すること。

- ・スチームフィルター「U-RT-06」 1組
- ・エアフィルター「NCY4」 1本

(2) 性能検査の立ち合いについて

16日(火)に性能検査に立会いをし、検査官の指示による処理を行い、受検後組み立てを行うこと。

7 業務完了報告書の提出

受託者は、当該業務が完了したときは直ちに業務完了報告書を発注者に提出するものとする。