

仕様書

本書は、宮城県立精神医療センターで導入する物品等の仕様等について記したものである。

1 想定機器及び数量

品名	規格	数量	備考
臨床化学自動分析装置	キャノンメディカルシステムズ株式会社製 Accute RX	1 式	
	【構成】		
	臨床化学自動分析装置 TBA-400FR	1	
	凍結コントロール血清	1	
	電極用据置キット	1	
	マルチイオンセンサー	1	
	電解質スタートセット	1	
	洗剤スタートセット	1	
	比色用据置キット	1	
	ISE キャリブレーション U (尿用)	1	
	MAXPIA-M (1L)	1	
	TBA-400FR 用レーザープリンタ	1	
	純粋製造装置セット (ポンプ D (SG 用))	1	
HbA1c 測定ユニット	1		

2 仕様等

- (1) 「想定機器及び数量」の条件を満たすこと。想定機器以外の納入は不可とする。
- (2) 「想定機器及び数量」に記載されている以外で、仕様を満たすために必要な標準付属品があれば、付加すること。

3 納入場所 宮城県立精神医療センター

4 納入期限 平成 31 年 3 月 29 日

5 設置条件・保守体制

- (1) 機器の搬入、設置、接続、設定、調整、組立等にかかる一切の費用については、納入業者の負担とし、診療業務に支障を来さないよう、当院の職員と協議の上その指示に従うこと。
- (2) 当院の医療情報システム（電子カルテシステム(JBCC 株式会社)及び部門システム(フィンガルリンク株式会社)）と接続が可能であること。ただし、電子カルテシステムとのオンライン接続費用は等業務に含まないものとする。
- (3) 当院の医療情報システムとの接続にあたり必要な事項については、発注者及び当院のシステムベンダ（JBCC 株式会社）と打ち合わせを行うこと。
- (4) 納品日及び稼働日は当院と協議の上決定すること。
- (5) 納入日から 1 年間を無償保証期間とする。

6 その他

調達物品は入札時点で医薬品医療機器等法の承認が必要な機器の場合、その承認を得ている物品であり、製品化されていること。