

様式 1

一般競争入札に関する回答書

平成 30 年 9 月 28 日

入札参加希望者 殿

地方独立行政法人宮城県立病院機構  
理事長 西 條 茂  
(法人印省略)  
担当：本部事務局企画経営課 矢口  
電話：022-796-1044 FAX：022-796-1046  
E-mail：honbu-keiei@miyagi-pho.jp

業務名称：宮城県立がんセンター全身用 X 線 CT 撮影装置		
No.	質問事項	回答
1	1-10-4 3次元拡張ソフトとして検査画面にて直接MPR作成可能なWorkStream4Dを搭載しております。3次元拡張ソフトの解釈は上記のものでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりで問題ありません。
2	2-3-2 CTフットスイッチはテーブルの昇降用のスイッチという理解でよろしいでしょうか。カバーに関しては、汚れ防止の透明なカバーをご用意することで対応させていただいてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりで問題ありません。
3	2-3-3 撮影室内に患者監視カメラを新規で1台設置、15インチ液晶モニターを患者監視モニターとして新規で1台設置でよろしいでしょうか。	患者監視カメラ1台と患者監視モニター1台で問題ありません。 なお、モニターのインチ数は15インチ以上を想定しております。

4	<p>2-3-8 CT室待合室用でドーム型カメラを2台新規設置、既存で使用している1台を流用、合計3台の提案でよろしいでしょうか。</p> <p>また、3台のカメラの映像を20,7インチ液晶ディスプレイで4分割しての閲覧を想定しておりますがよろしいでしょうか。</p>	<p>カメラは左記の提案で問題ありません。</p> <p>モニターについては、4分割の表示でも構いませんが、ひとつひとつの画面が小さくなってしまふことから、患者監視モニターと同等サイズ以上（1画面あたり15インチ相当）を想定しております。</p>
---	--	---