

点 検 仕 様 書

1 委託業務の名称 安全キャビネット点検業務

2 委託施設の概要

(1) 住 所 名取市愛島塩手字野田山47番1号

(2) 名 称 宮城県立がんセンター

(3) 設 備 1 日本エア・テック BHC-1007ⅡA2型(3台)

設 備 2 -

3 施行目的

当該本体装置を常に善良な状態において機能を保持するように点検を行い、常に善良な管理者の注意をもって、その機能の保全を図るものとする。

4 点検仕様

(1) 受注者は、当該本体装置を次に掲げるところにより点検を実施し、不良箇所を発見したときは、発注者に報告するものとする。

点検設備及び点検回数

設 備 1 : 日本エア・テック BHC-1007ⅡA2型(3台)

点 検 回 数 : 年1回(10月)

設 備 2 : -

点 検 回 数 : 年一回(一)

5 委託業務の対象外工事等

次に掲げる工事又は補修等は、この仕様に基づく委託業務の対象外とする。

(1) 主要機器の移転又は変更若しくは増設

(2) 病院の移転又は増設

(3) 受注者の責めによらない理由によって発生した故障、破損等の復旧

6 修理、消耗品等の費用負担

(1) 点検に係る技術料:

保守契約に含む

(2) 点検に係る部品費:

保守契約に含まない

(3) その他:

HEPAフィルター交換作業・滅菌作業は含む。

7 点検報告書の提出

受注者は、この仕様に基づく当該点検状況について、点検を実施した日の翌月まで、点検報告書により報告するものとする。

8 個人情報の保護

受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。