

簡易無菌室 CCR 修繕業務仕様書

- 1 施行場所 宮城県立がんセンター
- 2 履行期限 令和7年12月31日
- 3 概要

当該機器のフィルター使用時間が交換推奨時間の 20,000 時間を超えているため、フィルター交換等の修理を依頼するもの。

4 対象機器

設置場所	装置名
6 階病棟	ミドリ安全社製 簡易無菌室アイソレーターウエルデ（CCR-7 型）

5 その他

- （1）履行後、当センター担当者から完了の確認を受けること。
- （2）受注者は、当該業務が完了したときは直ちに業務完了報告書等により発注者に報告すること。
- （3）履行の日時については、宮城県立がんセンター担当者と協議の上、その指示に従うこと。
- （4）提出見積額の諸費用には技術料、検査料等を含むこととする。