

## 仕 様 書

### 1. 概要

本書は、宮城県立がんセンターで導入する物品の仕様等について記したものである。

### 2. 機器構成及び数量

品 名	規 格	数量	備考
自動体外式除細動器	<p>【日本光電工業株式会社製】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・自動体外式除細動器 (AED-3100)</li><li>・バッテリーパック (SB-310V)</li><li>・使い捨てパッド (P-740)</li><li>・AED/CPR レスキュー キット</li><li>・除細動レポート表示ソフトウェア</li></ul>	<p>3 台 3 個 6 組 3 キット 1 式</p>	

### 3. 仕様等

- (1) 「機器構成及び数量」を満たすこと。
- (2) 「機器構成及び数量」に記載されている以外で、仕様を満たすために必要な標準付属品を付加すること。
- (3) 運送、搬入、組立、接続、据付、設置、調整及び諸費用を含むこと。なお、撤去費用は含まれないものとする。
- (4) 納入検査確認後から 1 年間は通常の使用により不良・不具合が発生した場合は無償で修理・交換すること。ただし、メーカー等が定めた保証期間が 1 年以上の場合はそれぞれ適用するものとする。
- (5) 物品の納入時、病院作成の資産番号シールを物品に貼付、写真を撮影し速やかに請求書、納品書と一緒に提出すること。
- (6) 契約後、対象機器等の一般名称、メーカー名、機種名、型番、納入時期、使用する予定の材料一覧を書面で診療材管理室へ提出すること。
- (7) 機器の納入等については、宮城県立がんセンター現場担当者、事務担当者と協議の上、日時を決定後、その指示に従うこと。

### 4. 納入場所

宮城県立がんセンター(宮城県名取市愛島塩手字野田山 47-1)

### 5. 納入期限

- (1) 納入期限は、令和 8 年 3 月 30 日とする。
- (2) 納入日は、宮城県立がんセンター担当者と協議の上決定すること。