

# 一般競争入札に関する回答書

令和 6 年 4 月 1 2 日

入札参加希望者 殿

地方独立行政法人宮城県立病院機構

理事長 山田 秀和

(法人印省略)

担当：本部事務局経営管理グループ 齋藤

電話：022-796-1044 FAX：022-796-1046

E-mail：[honbu-keiei@miyagi-pho.jp](mailto:honbu-keiei@miyagi-pho.jp)

業務名称：宮城県立がんセンター高精度放射線治療システム（医療用リニアック）		
No.	質問事項	回答
①	9-1-8「10-1-1において、各門のビームを連続して照射できること」ではなく、「9-1-1において、各門のビームを連続して照射できること」との解釈で宜しいでしょうか。	仕様書6pの9-1-8について、「9-1-1において、各門のビームを連続して照射できること」に修正いたします。
②	11-2-1「12-2-2項以降の要件を満たすこと」ではなく、「11-2-2項以降の要件を満たすこと」との解釈で宜しいでしょうか。	仕様書7pの11-2-1について、「既存の放射線治療計画装置（Varian社製Eclipse）をアップグレードを実施し、11-2-2項以降の要件を満たすこと」に修正いたします。
③	11-1「放射線治療計画装置」につきましては既存のVarian社放射線治療計画装置Eclipse 6台についてのスペックを記載しているとの解釈で宜しいでしょうか。	11-1に記載のある「放射線治療計画装置」は既存のVarian社放射線治療計画装置Eclipse 6台のアップグレード後のスペックを対象としております。 追加する輪郭入力支援用に設定されたVarian社放射線治療計画装置Eclipse 2台のスペックについては特に問いません。

(備考)

- ・欄が不足する場合は、変更の上利用してください。
- ・添書及び押印は不要です。本様式のみを電子メール等で送信してください。