

## 仕 様 書

### 1. 概要

本書は、宮城県立がんセンターで導入する物品の仕様等について記したものである。

### 2. 機器構成及び数量

品 名	規 格	数 量	備 考
スピニングディスク型共焦点超解像顕微鏡システム	【(株)エビデント製】 スピニングディスク型共焦点超解像顕微鏡システム SpinSR10	一式	
	【構成】 スピニングディスクユニット CSU-W1 ※50 $\mu$ mピンホールディスクタイプ ※最速取得スピード 5ms/f	1 台	
	光学変倍ユニット ※共焦点/超解像 2 ポジション電動切り換え方式	1 台	
	4 波長レーザーコンバイナーセット (LD レーザー405/488/561/640nm)	1 台	
	制御装置 ・制御用 PC ・30 インチ型 LCD モニター ・基本ソフトウェア cellSensDimension ・3D デコンボリューション ・超解像ソフトウェアオプション ・マルチポジションオプション	1 台	
	倒立顕微鏡 IX83 ・ティルトイング広視野鏡筒 ・電動ステージ ・対物レンズ ※プランセミアポクロマート対物レンズ 10X ※プランエクステンデッドポクロマート対物レンズ 20X/40X ・電動蛍光ミラーカセット ・蛍光ミラーユニット (U-FUNA/FBNA/mCHE/CY5) ・ファイバー照明装置 U-LGPS ・遠隔補正環ユニット ・電動長作動距離コンデンサー ※微分干渉素子 対物レンズ 10/20/40/60X 用 ・フォーカスドリフト補正ユニット	1 式	
	CMOS カメラ ORCA-FusionBT ※ペルチェ冷却、有効解像度 2,304x2,304 ※最大量子効率 95%	1 台	
	除振台・コンプレッサー	1 台	
	システムデスク	1 台	
	保温箱 IX83WB-BK ※内部 LED 証明、ヒーター内臓	1 台	

### 3. 仕様等

- (1) 「機器構成及び数量」を満たすこと。
- (2) 「機器構成及び数量」に記載されている以外で、仕様を満たすために必要な標準付属品を付加すること。
- (3) 運送、搬入、組立、据付、配線、接続、設置、調整及び諸経費を含むこと。
- (4) 納入検査確認後から翌年度末までは通常の使用により不良・不具合が発生した場合は無償で修理・交換すること。ただし、メーカー等が定めた保証期間がそれ以上の場合はそれぞれ適用するものとする。
- (5) 機器の納入後、写真を撮影し速やかに提出すること。
- (6) 什器・備品等の選定や機器の納入等については、宮城県立がんセンター担当者と協議の上、その指示に従うこと

### 4. 納入場所

宮城県立がんセンター(宮城県名取市愛島塩手字野田山 47-1)

### 5. 納入期限

- (1) 納入期限は、令和7年3月28日とする。
- (2) 納入日は、宮城県立がんセンター担当者と協議の上決定すること。