

仕 様 書

1. 概要

本書は、宮城県立がんセンターで導入する物品の仕様等について記したものである。

2. 機器構成及び数量

品 名	規 格	数 量	備 考
デジタルCアーム X 線 TV システム	【富士フィルムヘルスケア株式会社製】 デジタルCアーム X線 TV システム VersiFlex VISTA ※詳細は別紙詳細仕様書のとおり	一式	

3. 仕様等

- (1) 「機器構成及び数量」を満たすこと。
- (2) 「機器構成及び数量」に記載されている以外で、仕様を満たすために必要な標準付属品を付加すること。
- (3) 運送、搬入、組立、据付、配線、接続、設置、調整及び諸経費を含むこと。
- (4) 納入検査確認後から翌年度末までは通常の使用により不良・不具合が発生した場合は無償で修理・交換すること。ただし、メーカー等が定めた保証期間がそれ以上の場合はそれぞれ適用するものとする。
- (5) 機器の納入後、写真を撮影し速やかに提出すること。
- (6) 什器・備品等の選定や機器の納入等については、宮城県立がんセンター担当者と協議の上、その指示に従うこと

4. 納入場所

宮城県立がんセンター(宮城県名取市愛島塩手字野田山 47-1)

5. 納入期限

- (1) 納入期限は、令和6年3月28日とする。
- (2) 納入日は、宮城県立がんセンター担当者と協議の上決定すること。