

## 仕様書

- 1 業務名 臨床化学自動分析装置保守業務
- 2 実施場所 宮城県立精神医療センター
- 3 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- 4 対象機器 東芝メディカルシステムズ株式会社製  
※現キャノンメディカルシステムズ株式会社  
Accute RX TBA-400FR 1台
- 5 業務内容 (1) 年2回の定期点検作業  
(2) 定期交換部品の交換作業  
(3) オンコール作業  
(4) リモートメンテナンス  
※点検時及び修理時に発生した修理部品費は、発注者負担とする。
- 6 報告書 受注者は点検等の作業を実施した都度、速やかに作業内容を記載した報告書を発注者に提出すること。
- 7 その他 本業務の実施にあたり、仕様書に記載のない事項に関しては、発注者及び受注者で協議の上、決定する。